FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DISPOSITIVOS ENDOSCÓPIOS

Nome do Produto Cateter de CPRE

Registro ANVISA nº: 80022069063

Validade ANVISA Vigente - Cadastro Classe II

Referência CAN1-S1-18-200-35

Esterilização Óxido de Etileno

Validade Produto 5 anos

Embalagem Primária	Envelope	**Embalagem Secundária**	Caixa
Quantidade Primária	Plástico 1	**Quantidade Secundária**	

Especificação Técnica

CANULA GIRATORIA 200CM

Cateter, uso único e estéril, para canulação com duodenoscópio e enteroscopio. Curvatura de 90o, giro de 360o, comprimento de 200 cm, canal de trabalho 2.8 mm, compatibilidade com fio-guia .035".



Fabricante

FUJIFILM MEDWORK GMBH, MEDWORKRING 1, 91315 HÖCHSTADT - HÖCHSTADT AN DER AISCH/ALEMANHA.

Importador

LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA
CNPJ nº 32.150.633/0001-72 AFE nº 1.03174-9
Rua Izabel Ramos Fabeni, n° 104 - São João, Itajaí - SC, 88304-050, Brasil

www.labor-med.com.br