FUJIFILM
Value from Innovation

ELUXEO® EB-710US

BRONCOSCOPIO ULTRASÓNICO






NUEVO


BRONCOSCOPIO ULTRASÓNICO EB-710US ELUXEO



Dirección de visualización	10° (oblicuo frontal)*1
Rango de observación	120°
Rango de observación	2-50 mm
Capacidad de flexión	180° arriba / 90° abajo
Diámetro del extremo distal	6.4 mm
Diámetro del tubo de inserción	5.9 mm
Diámetro del canal de trabajo	2.2 mm
Longitud de trabajo	610 mm
Longitud total	890 mm
Compatible Processors/ Light Source	EP-8000, VP-7000/BL-7000, EP-6000
Procesador ultrasónico compatible	SU-1H
Sistema de ultrasonido diagnóstico compatible	ARIETTA ™ 750
Esterilización	STERRAD®*2 /EOG

Compatible con la esterilización por plasma a baja temperatura.





Diseñado para llegar a las zonas más periféricas del pulmón.

La angulación de 180° hacia arriba permite una mejor observación EBUS sin balón.




EB-710US



EB-530US


Diámetro del extremo distal de 6,4 mm, salida del canal instrumental de 2,2 mm de diámetro.

El diseño corto y delgado del extremo distal facilita una mejor inserción.



Salida del canal del instrumento en imagen endoscópica

El sensor de imagen CMOS está situado en el lado proximal de la salida del canal del instrumento y los dispositivos pueden verse en la imagen endoscópica, lo que facilita el diagnóstico clínico, la punción y/o el tratamiento.






Imagen endoscópica con VP-7000 y BL-7000

El transductor ultrasónico de alto rendimiento

La resolución y penetración mejoradas proporcionan una imagen ultrasónica clara.

EB-530US




Imagen ecográfica con SU1

EB-710US



Imagen ecográfica con SU1

*1 Esto significa lo mismo que "vista oblicua".
*2 Sistemas STERRAD® proporcionados por Advanced Sterilization Products, Inc.

FUJIFILM

Fabricado y distribuido
por FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku,
Tokio 106-8620, JAPÓN
www.fujifilm.com

Representante autorizado
FUJIFILM Healthcare Europe GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Alemania

Importador
FUJIFILM Europe B.V.

© 2025 FUJIFILM Healthcare Europe GmbH

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las marcas comerciales o nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
En algunos países, es posible que se requiera la aprobación reglamentaria para importar dispositivos médicos. Para un uso adecuado de los productos, asegúrese de leer las instrucciones de uso antes de utilizarlos.
Para conocer la disponibilidad de estos productos, póngase en contacto con sus representantes de ventas locales.

Fujifilm_Factsheet_EB-710US_11_2025_EN